



## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 2  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 12/03/2018  
**Organismo contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa por Compulsa Abreviada 6/2018  
**Clase:** De Bajo Monto  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 19-177/214-E/2017  
**Rubro comercial:** VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de elementos para gabinete de terapia intensiva

## DESCRIPCIÓN

### Reglón 7: MONITOR

Monitor multiparamétrico, (electrocardiograma + respiración + electrocardiograma + saturación de oxígeno) 3 ó 4 canales de registro de pantalla, 7 pulgadas.

### Reglón 11: CARRO DE PARO

carro de paro o carro de emergencias. cuatro cajones, sin alazada con o sin soporte lateral para tubo de oxígeno

### Reglón 14: BALANZA

Balanza digital para laboratorio, portátil, capacidad 200gr, sensibilidad 0,01 gr. con alimentación a baterías.



---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES